Aux États-Unis, la législation fédérale limite la vente de ce dispositif par un médecin, ou sur ordonnance médicale ou de tout autre praticien qui détient un permis de vente du produit. Doit être utilisé avec un neurostimulateur dont la distribution est approuvée aux États-Unis.

ENTRETIEN :

Vérifiez, avant chaque utilisation, que le vêtement conducteur ne démontre pas de signe d'usure ou s'il n'est pas abîmé. Remplacez les tampons StimGel s'il y a lieu. Voir ci-dessous pour les suggestions d'entretien du StimGel. Consultez l'étiquette sur le vêtement qui contient des instructions de lavage.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

Veuillez vous rapporter au Manuel de l'utilisateur du dispositif d'électrothérapie qui contient une description des dangers pertinents, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des effets indésirables. L'utilisation de tampons StimGel qui sont trop petits pour votre appareil peut entraîner des brûlures par la chaleur. La bande ne doit jamais être utilisée sans les tampons StimGel. La bande pour la ceinture est réservée à un usage sur un seul patient. Ne partagez pas la bande avec d'autres personnes en raison des risques de réactions cutanées indésirables et de transmission de maladies.

ATTENTION :

Ne pas appliquer sur une peau endommagée. En cas de rougeur ou de brûlure au niveau de la peau, arrêtez immédiatement l'utilisation de la bande et contactez votre médecin.

GARANTIE DE 90 JOURS :

Empi réparera ou remplacera, dans ses locaux, tout produit défectueux. Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés par une mauvaise utilisation, réparés ou altérés par toute entreprise autre qu'Empi, Clear Lake, Dakota du Sud.

Cette garantie se substitue à toute autre garantie, expresse ou tacite. Personne n'est autorisé à lier Empi à une garantie autre que celle spécifiquement formulée ici.

REMARQUE : La période de garantie commence à la date d'achat au fabricant.

Empi, Inc.
205 Highway 22 East
Clear Lake, SD 57226
www.empi.com
800.328.2536
Fabriqué au Mexique pour Empi.

360420 Rev A ©2013 Empi, 06/13 Tous droits réservés.
Attention : La législation fédérale limite la vente de ce dispositif sur ordonnance médicale ou par un médecin seulement.

Sans latex

DJO GLOBAL

Bande élastique spécialisée pour le dos

Empi

Numéro de pièce 235666

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire le manuel d'utilisation de votre bande avant de l'utiliser.

Pour renouveler votre commande, appelez Empi au **800.328.2536**

Tampons StimGel d'Empi - 199599-001 (paquet de quatre)

MODE D'EMPLOI :

1. Raccordez le dispositif de stimulation ou le fil conducteur au vêtement.

2. Posez le vêtement à plat avec les quatre zones conductrices à pression argentées faisant face vers le haut.

3. Enlevez le revêtement intérieur du côté de la GRILLE des tampons StimGel.

4. Appuyez le côté GRILLE des tampons StimGel sur les zones à poussoir argentées de la bande.

AVERTISSEMENT : *Le tamponStimGel doit couvrir chaque zone de conduction avant l'utilisation.*

5. Enlevez le revêtement restant et **GARDEZ-LE** pour le remettre de nouveau sur les tampons StimGel entre les utilisations.

6. Posez la zone conductrice du vêtement à votre dos en vous assurant que les tampons StimGel sont alignés de part et d'autre de la colonne vertébrale et non pas directement sur celle-ci. Pour repositionner les zones conductrices, enlevez complètement la bande avec précaution. Le réajustement des tampons StimGel fixés à la peau peut faire en sorte que les tampons s'enroulent sur eux-mêmes.

7. Allumez le stimulateur; ajuster selon les instructions du stimulateur et (ou) du médecin pour commencer le traitement.

8. Lorsque la session de stimulation est terminée, éteignez le stimulateur.

STOCKAGE :

9. Enlevez le vêtement. Les tampons StimGel se décolleront de la peau et resteront fixés au vêtement. **Les tampons StimGel restent sur le vêtement lors du stockage.**

10. Replacez le revêtement enlevé sur le tampon de gel. Assurez-vous de placer le côté « ON » contre la surface du tampon StimGel.

11. Retroussez le vêtement et stockez-le dans l'emballage jusqu'au prochain traitement. Le fait de remettre les revêtements, de plier et de stocker le vêtement dans un sac refermable prolongera la durée de vie des tampons StimGel.

UTILISATION DE L'ÉLECTRODE :

Vous pouvez prolonger la durée de vie de vos électrodes et des tampons StimGel en suivant les suggestions suivantes :

- Nettoyez, rincez et séchez votre peau avant l'utilisation
- Stockez les électrodes selon les instructions données sur l'emballage
- Si l'électrode sèche, le fait d'ajouter quelques gouttes d'eau sur la surface du gel (côté collant) peut aider à restaurer le gel adhésif de l'électrode. Laissez reposer l'électrode plusieurs minutes avant de l'appliquer sur la peau.

Pour renouveler votre commande, appelez Empi au **800.328.2536**

Tampons StimGel d'Empi - 199599-001 (paquet de quatre)